+370 5 265 00 00 | www.kid-man.com | info@kid-man.com

CE ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

CE DECLARATION OF CONFORMITY

Ražotāja nosaukums — **UAB „Kasko Group“**
Name of manufacturer — **SRN: LT-MF-000007721**

Ražotāja adrese
Address of manufacturer — A. Vivulskio g. 12D, 03221, Vilnius, Lietuva (Lithuania)

Ar pilnu atbildību apliecina, ka medicīniskā ierīce
Declares on our own responsibility, that Medical Device

Medicīniskās ierīces nosaukums — **Kid-Man nitrila cimdi**
Medical device name — *Kid-Man nitrile gloves*

Modelis / Model — **Nitrile KLASIK**

Pamata UDI-DI / Basic UDI-DI — **477903163NIGLJV**

REF / REF	izmēri / Sizes	Krāsa / Color
NIGLXS100; NIGLS100; NIGLM100; NIGLL100; NIGLXL100; NIGLXXL100	XS (5-6) – XXL (10-11)	Violeti / Violet
NIGLXS100BK; NIGLS100BK; NIGLM100BK; NIGLL100BK; NIGLXL100BK; NIGLXXL100BK	XS (5-6) – XXL (10-11)	Melni / Black
NIGLXS100BL; NIGLS100BL; NIGLM100BL; NIGLL100BL; NIGLXL100BL; NIGLXXL100BL	XS (5-6) – XXL (10-11)	Zili / Blue
NIGLXS100RO; NIGLS100RO; NIGLM100RO; NIGLL100RO; NIGLXL100RO; NIGLXXL100RO	XS (5-6) – XXL (10-11)	Rozā / Pink
NIGLXS100BA; NIGLS100BA; NIGLM100BA; NIGLL100BA; NIGLXL100BA; NIGLXXL100BA	XS (5-6) – XXL (10-11)	Balti / White
NIGLXS100GR; NIGLS100GR; NIGLM100GR; NIGLL100GR; NIGLXL100GR; NIGLXXL100GR	XS (5-6) – XXL (10-11)	Zaļi / Green
NIGLXS100OR; NIGLS100OR; NIGLM100OR; NIGLL100OR; NIGLXL100OR; NIGLXXL100OR	XS (5-6) – XXL (10-11)	Oranži / Orange

Atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2017/745 par medicīniskām ierīcēm un ar ko grozīta Direktīva 2001/83/EK, Regula (EK) Nr. 178/2002, Regula (EK) Nr. 1223/2009 un atceltas Padomes Direktīvas 90/385/EEK un 93/42/EEK, un ir klasificēta kā I klases medicīniska ierīce saskaņā ar VIII pielikumā noteiktajiem kritērijiem, Regulas (ES) 2017/745 1. noteikums.

Complies to Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council on medical devices and amending Directive 2001/83/EC, Regulation (EC) No 178/2002, Regulation (EC) No 1223/2009 and repealing Council Directives 90/385/EEC and 93/42/EEC and is classified as Class I medical device in accordance with criteria set out in Annex VIII, Rule 1 of Regulation (EU) 2017/745.

+370 5 265 00 00 | www.kid-man.com | info@kid-man.com

Piemērotie saskaņotie standarti */ Applied harmonized standards:*

EN ISO 21420:2020	*Aizsargcimdi - Vispārīgas prasības un testēšanas metodes* *Protective gloves — General requirements and test methods*
EN ISO 15223-1:2021	Medicīniskas ierīces - Simboli, kas jāizmanto kopā ar ražotāja sniedzamo informāciju - 1. daļa: Vispārīgas prasības Medical devices - Symbols to be used with information to be supplied by the manufacturer - Part 1: General requirements
EN ISO 374-1:2016+A1:2018	Aizsargcimdi pret bīstamām ķimikālijām un mikroorganismiem - 1. daļa: Terminoloģija un veiktspējas prasības ķīmiskajam riskam Protective gloves against dangerous chemicals and micro-organisms — Part 1: Terminology and performance requirements for chemical risk
EN ISO 374-5:2016	Aizsargcimdi pret bīstamām ķimikālijām un mikroorganismiem, 5. daļa: Terminoloģija un veiktspējas prasības mikroorganismu riskiem Protective gloves against dangerous chemicals and micro-organisms Part 5: Terminology and performance requirements for micro-organisms risks
EN 455-1:2020+A2:2024	Vienreizējās lietošanas medicīniskie cimdi - 1. daļa: Prasības un testēšana attiecībā uz caurumu neesamību Medical gloves for single use - Part 1: Requirements and testing for freedom from holes
EN 455-2:2024	Vienreizējās lietošanas medicīniskie cimdi - 2. daļa: Prasības un testēšana attiecībā uz fizikālajām īpašībām Medical gloves for single use - Part 2: Requirements and testing for physical properties
EN 455-3:2023	Vienreizējās lietošanas medicīniskie cimdi - 3. daļa: Prasības un testēšana attiecībā uz bioloģisko novērtēšanu Medical gloves for single use - Part 3: Requirements and testing for biological evaluation
EN 455-4:2009	Vienreizējās lietošanas medicīniskie cimdi - 4. daļa: Prasības un testēšana derīguma termiņa noteikšanai Medical gloves for single use - Part 4: Requirements and testing for shelf life determination
ISO 13485:2016	Medicīniskas ierīces - Kvalitātes vadības sistēma - Prasības regulatīviem nolūkiem Medical devices - Quality Management System – Requirements for regulatory purposes

Vilnius, 2026-08-06

MARTYNAS VAINUTIS

Izpilddirektors/ *Managing Director*

Vārds, uzvārds un paraksts / Name and signature

Kvalifikuotas elektroninis parašas
INDRĖ NORKŪNAITĖ
2026-09-21 10:27:20 GMT+3
Paskirtis: Parašas

Kvalifikuotas elektroninis parašas
MARTYNAS VAINUTIS
2026-09-21 11:58:21 GMT+3
Paskirtis: Parašas