+370 5 265 00 00 | www.kid-man.com | info@kid-man.com

EB ATITIKTIES DEKLARACIJA

CE DECLARATION OF CONFORMITY

Gamintojo pavadinimas *Name of manufacturer*	**UAB „Kasko Group“** **SRN: LT-MF-000007721**
Gamintojo adresas *Address of manufacturer*	A. Vivulskio g. 12D, 03221, Vilnius, Lietuva (Lithuania)

Deklaruoja savo atsakomybe, kad Asmeninė Apsaugos Priemonė

Declares on our own responsibility, that Personal Protective Equipment

Asmeninės apsaugos priemonės pavadinimas	**Kid-Man LIGHT nitrilinės pirštinės**
Personal protective equipment name	*Kid-Man LIGHT nitrile gloves*
Modelis / Model	**Nitrile LIGHT**
Art.nr / REF	**NIGLXS100LIGHT (XS size/dydis)** **NIGLS100LIGHT (S size/dysis)** **NIGLM100LIGHT (M size/dydis)** **NIGLL100LIGHT (L size/dydis)** **NIGLXL100LIGHT (XL size/dydis)** **NIGLXXL100LIGHT (XXL size/dydis)**

Atitinka Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. kovo 9 d. Reglamentą (ES) 2016/425 dėl Asmeninių Apsaugos Priemonių, kuriuo panaikinama Tarybos direktyva 89/686/EEB ir priskiriamas Asmeninių Apsaugos Priemonių (AAP) III kategorijai.

Complies to Regulation (EU) 2016/425 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on personal protective equipment and repealing Council Directive 89/686/EEC and is classified as Personal Protective Equipment (PPE) Category III.

Notifikuota įstaiga SATRA Technology Europe Limited (2777) atliko ES tipo tyrimą (Modulis B) ir išdavė ES tipo atitikties sertifikatą nr. 2777/11578-04/E24-01

The notified body SATRA Technology Europe Limited (2777) performed the EU type Examination (Module B) and issued the EU – type examination certificate no 2777/11578-04/E24-01

Atitiktis vertinama VIII priede nustatytu tipu, pagrįstu gamybos proceso kokybės užtikrinimu (D modulis), kuriuos atlieka notifikuota įstaiga SATRA Technology Europe Limited (2777) Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, Dublinas, Airija

It is subject to the conformity assessment procedure based on quality assurance of the production process (module D) set out in Annex VIII, under surveillance of the notified body SATRA Technology Europe Limited (2777) Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, Dublin, Ireland

Atitikčiai įvertinti pasitelkti darnieji standartai */ Applied harmonized standards:*

EN ISO 21420:2020	*Apsauginės pirštinės. Bendrieji reikalavimai ir bandymo metodai* *Protective gloves — General requirements and test methods*
EN ISO 15223-1:2021	Medicinos priemonės. Gamintojo pateikiamoje informacijoje vartotini simboliai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai Medical devices - Symbols to be used with information to be supplied by the manufacturer - Part 1: General requirements

EN ISO 374-1:2016+A1:2018	Apsauginės pirštinės nuo pavojingų chemikalų ir mikroorganizmų. 1 dalis. Terminija ir apsaugos nuo cheminės rizikos charakteristikų reikalavimai Protective gloves against dangerous chemicals and micro-organisms — Part 1: Terminology and performance requirements for chemical risk
EN ISO 374-5:2016	Apsauginės pirštinės nuo pavojingų chemikalų ir mikroorganizmų. 5 dalis. Terminija ir apsaugos nuo mikroorganizmų keliamos rizikos charakteristikų reikalavimai Protective gloves against dangerous chemicals and micro-organisms Part 5: Terminology and performance requirements for micro-organisms risks
EN 421:2010 (excluding clause 4.3)	Apsauginės pirštinės nuo jonizuojančiosios spinduliuotės ir radioktyviosios taršos Protective gloves against ionizing radiation and radioactive contamination
EN 455-1:2020+A2:2024	Vienkartinės medicininės pirštinės. 1 dalis. Reikalavimai ir tikrinimas dėl skylių Medical gloves for single use - Part 1: Requirements and testing for freedom from holes
EN 455-2:2024	Vienkartinės medicininės pirštinės. 2 dalis. Fizikinių savybių reikalavimai ir bandymai Medical gloves for single use - Part 2: Requirements and testing for physical properties
EN 455-3:2023	Vienkartinės medicininės pirštinės. 3 dalis. Biologinio įvertinimo reikalavimai ir bandymai Medical gloves for single use - Part 3: Requirements and testing for biological evaluation
EN 455-4:2009	Vienkartinės medicininės pirštinės. 4 dalis. Laikymo trukmės nustatymo reikalavimai ir bandymai Medical gloves for single use - Part 4: Requirements and testing for shelf life determination
ISO 13485:2016	Medicinos priemonės. Kokybės vadybos sistemos. Reglamentuojantys reikalavimai Medical devices - Quality Management System – Requirements for regulatory purposes

Vilnius, 2026-08-06

MARTYNAS VAINUTIS
Direktorius / *Managing Director*

Pareigos ir parašas / Name and signature